



REQUERIMIENTOS CLAVE

- Cumplir con las normas USP VI e ISO 10993-4,5
- Esterilización con gamma y EtO
- Rendimiento de sellado a largo plazo
- Bajo coeficiente de fricción (COF)
- Rendimiento uniforme en jeringas de diferentes diámetros

CUMPLIMIENTO + RENDIMIENTO

FABRICANTE DE JERINGAS

ÉMBOLO DE JERINGA DESECHABLE

SOLUCIÓN AVIENT

Versaflex™ HC 2110-57B

¿POR QUÉ AVIENT?

- Ofreció una solución formulada que cumple con los requerimientos rigurosos de una aplicación médica
- Mejoró la continuidad del suministro global
- Aumentó la eficiencia del proceso al sustituir el material termoestable anterior con un TPE

MÁS INFORMACIÓN